

Clearblue™ DIGITAL

주 수 표시기가 있는 임신 테스트기

(주 수 표시기 포함)

- 생리 예정일부터 테스트하는 경우, 임신 여부를 확인하려면 하루 중 아무 때나 테스트를 해도 됩니다.
- 생리 예정일 전에 테스트하는 경우에는 하루의 첫 번째 소변을 사용하십시오.
- 정확한 주 수 표시기 결과를 보려면 그날의 첫 번째 소변을 사용해야 합니다.
- 테스트 전에 과도한 수분 섭취는 삼가십시오.

테스트를 실시하기 전에 이 설명서를 꼼꼼히 읽어 보시기 바랍니다.

1 테스트 수행

테스트할 준비가 되면 포일 포장지에서 테스트 스틱을 꺼내 파란색 뚜껑을 벗기십시오. 테스트 스틱을 즉시 사용하십시오.

테스트 방법

소변 줄기에서 테스트

흡수식 샘플러를 아래쪽으로 가게 하여 소변 줄기에 **5초만** 대십시오.

테스트 스틱의 나머지 부분이 젖지 않도록 주의하십시오.

뚜껑을 다시 닫고 테스트 스틱을 평평한 곳에 두어도 됩니다.



또는 깨끗하고 건조한 용기에 소변 샘플을 채취합니다.

흡수식 샘플러를 아래쪽으로 가게 하여 그림처럼 소변에 **20초만** 대십시오.

뚜껑을 다시 닫고 테스트 스틱을 평평한 곳에 두어도 됩니다.



2 대기...

- 대기 기호가 깜빡이면 테스트기가 작동 중임을 알리는 것입니다.
- 대기 기호가 깜빡임을 멈추면 결과가 표시됩니다. 대기 기호가 표시되지 않는 경우 테스트기를 사용한 후 질문과 답변에서 **6분** 질문을 참조하십시오.



테스트 중에는 **절대** 흡수식 샘플러가 위쪽을 향하도록 테스트 스틱을 잡아서서는 안 됩니다.

3 결과 확인

Clearblue™ DIGITAL 임신 테스트기에는 수정된 시점에 대한 추정치를 제공하는 **주 수 표시기**가 있습니다. 이 정보는 '임신' 결과와 함께 디스플레이에 표시됩니다.

- **3분 이내에** 디스플레이에 결과가 표시됩니다.
- '임신' 결과는 주 수 표시기 결과 **전에** 디스플레이에 표시될 수 있습니다. 주 수 표시기 결과를 보려면 대기 기호가 깜빡임을 멈출 때까지 **계속 기다리십시오**. 최대 3분 걸릴 수 있습니다.
- 어떤 결과는 1분 만에 표시될 수도 있습니다.
- 테스트 결과는 약 24시간 동안 디스플레이 상에 남아 있습니다.
- 결과가 '임신'이면 다음으로 어떤 조치를 취해야 할지 조언해 줄 수 있는 담당 의사와 상담해야 합니다. 담당 의사는 마지막 생리 기간의 첫째 날을 기준으로 하여 임신 단계를 계산할 것입니다.
- 다음 생리 예정일 약 2주 전에 수정이 가능합니다. 주 수 표시기는 수정된 시점에 대한 추정치를 제공합니다.
- 주 수 표시기는 사용자가 임신일 때 그 여부를 93%의

정확도로 감지합니다. 추정치는 사용자의 소변에 들어 있는 임신 호르몬인 hCG(인간 용모성 성선 자극 호르몬)의 수치에 기초하여 결정됩니다. hCG 수치는 사람마다 다르므로 가끔 주 수 표시기가 잘못된 결과를 제공할 가능성도 있습니다. 생리 예정일에 테스트했을 때 '임신'/'임신 아님' 결과의 정확도는 99% 이상입니다.

테스트 오류

테스트 스틱을 사용했는데 디스플레이에 이 페이지의 결과 중 어떤 것도 표시되지 않는 경우 '테스트 오류' 섹션을 읽어 보십시오.

결과를 해석하는 방법

결과	수정 후 경과 기간	의사가 임신 일수를 추정하는 방법(28일 주기 사용 시)*
	테스트 결과는 임신 아님입니다. 질문과 답변에서 13분 질문을 참조하십시오.	-
	테스트 결과는 임신입니다. 약 1~2주 전에 수정되었습니다.	3~4 주
	테스트 결과는 임신입니다. 약 2~3주 전에 수정되었습니다.	4~5 주
	테스트 결과는 임신이고 3주 이상 전에 수정되었습니다.	5주 이상

*의사는 수정이 이루어진 시점이 아니라 귀하의 마지막 생리 기간의 첫째 날부터 임신 일수를 계산합니다.

질문과 답변

1 Clearblue® DIGITAL 임신 테스트기는 어떻게 작동합니까? 임신한 여성의 몸에서는 임신 호르몬인 hCG(인간 융모성 성선 자극 호르몬)가 생성됩니다. 체내 hCG의 양은 임신 초기에 증가합니다. **Clearblue®**는 소변에 포함된 미량의 이 호르몬을 검출할 수 있습니다(이 테스트기의 감도: 25mIU/ml). 소변에 들어 있는 hCG의 수치를 기초하여 주 수 표시기가 수정된 시점에 대한 추정치를 제공합니다.

2 Clearblue® DIGITAL 임신 테스트기는 임신 여부 테스트에 얼마나 정확합니까? 검사일 테스트에 따르면 **Clearblue® DIGITAL** 임신 테스트기는 생리 예정일부터 사용하는 경우 임신 여부 테스트에서 99% 이상의 정확도를 보입니다. 생리 예정일 전에 테스트하는 경우 '임신 아님' 결과가 나왔다면 아직 임신할 수 있는 가능성이 있습니다. 4번 질문을 참조하십시오.

3 Clearblue® DIGITAL 임신 테스트기 주 수 표시기는 얼마나 정확합니까? 주 수 표시기는 사용자가 임신일 때 그 여부는 93%의 정확도로 감지합니다. 추정된 사용자의 소변에 들어 있는 hCG의 수치에 기초하여 결정됩니다. hCG 수치는 사람마다 다르므로 가끔 주 수 표시기가 잘못된 결과를 제공할 가능성이 있습니다. 주 수 표시기는 네 주에 초음파 검사(11~13주)에서 97%의 정확도를 보여 주었습니다. 187명의 여성을 대상으로 결과(수정으로부터 1~2주, 2~3주, 3주 이상)를 초음파 검사와 비교한 연구를 바탕으로 함, 수정 후 6주 이상 지난 테스트하는 경우 주 수 표시기가 예상치 못한 결과를 나타낼 수 있습니다. 이는 테스트에 사용된 소변에 들어 있는 hCG의 수치가 너무 높아 수정 이후 시점의 정확한 추정치를 제공하지 못하기 때문입니다.

4 Clearblue® DIGITAL 임신 테스트기로 언제 테스트할 수 있습니까? Clearblue® DIGITAL 임신 테스트기는 무월경 기간 전 최대 5일(생리 예정일 전 4일)부터 사용할 수 있습니다. 생리 예정일 전에 테스트하는 경우 '임신 아님' 결과가 나왔다면 아직 임신할 수 있는 가능성이 있습니다. 초기 임신 샘플을 사용하여 **Clearblue® DIGITAL** 임신 테스트기의 임신 진단에서 얻은 결과를 요약한 아래의 표를 참조하십시오.

초기 테스트

생리 예정일 전 일수	-1	-2	-3	-4
임신한 여성의 샘플 중 '임신' 결과를 제공하는 샘플의 비율(%)	98%	97%	90%	65%

테스트 결과가 '임신 아님'이지만 여전히 임신이 의심되는 경우, 13번 질문을 참조하십시오.

생리 예정일일 언제든지 알아보려면 생리 기간의 첫째 날부터 다음 생리 기간 전 날까지의 일수를 세서 평소 주기의 길이를 계산합니다.

• 주기가 불규칙한 경우 테스트 전 최근 몇 달간 가장 길었던 주기를 기준으로 해야 합니다.

• 생리 예정일을 전혀 모르셨다면 마지막으로 피임 없이 성관계를 가진 후 19일이 지나 테스트하는 것이 좋습니다.

5 의약품이나 의학적 질환이 결과에 영향을 줄 수 있습니까?

• 테스트를 실시하기 전에 항상 귀하가 복용 중인 약물에 관한 제조사 지침을 읽으십시오.

• hCG를 함유한 배란 유도제는 잘못된 결과를 제공할 수 있습니다(그런 배란 유도제는 보통 주사로 투여되며, 투후 약 1주 후 일찍 테스트하면 거짓 '임신' 결과가 나올 수 있음).

• 다른 불임 요법(예: 클로미펜), 진통제 및 호르몬 피임약은 결과에 영향을 주지 않습니다.

• 최근에 호르몬 피임약의 사용을 중단했거나 클로미펜 같은 불임 요법을 사용하고 있다면 생리 주기가 불규칙하여 너무 일찍 테스트하게 될 수 있습니다.

• 최근에 임신한 적이 있다면(만삭 출산하지 않았더라도) 거짓 '임신' 결과가 나올 수 있습니다.

• 폐경기에 접근하고 있다면 임신하지 않는다고 거짓 '임신' 결과가 나올 수 있습니다.

• 자궁의 임신과 난소 낭종은 잘못된 결과를 제공할 수 있습니다.

• 다태 임신 및 자궁의 임신은 잘못된 주 수 표시기 결과를 제공할 수 있습니다.

• 예상치 못한 결과가 나왔다면 담당 의사와 상담해야 합니다.

6 테스트를 사용했는데 대기 기호가 나타나지 않았습니다. 이것은 무슨 의미입니까? 테스트기가 제대로 작동하지 않은 것입니다. 테스트 오류를 참조하십시오.

7 테스트를 사용했는데 디스플레이에 결과가 나타나지 않았습니다. 이것은 무슨 의미입니까? 테스트 결과는 3분 이내에 디스플레이에 나타납니다. 아무 결과도 나타나지 않으면 테스트 오류를 참조하십시오.

8 테스트기에 '임신'이 표시되었습니다. 어떻게 해야 합니까? 결과가 '임신'이면 다음으로 어떤 조치를 취해야 할지 조언해 줄 수 있는 담당 의사와 상담해야 합니다. 주 수 표시기는 수정이 발생한 시점에 대한 추정치일 뿐입니다. 담당 의사는 마지막 생리 기간의 첫째 날을 기준으로 하여 임신 단계를 추정할 것입니다. 다음 생리 예정일 약 2주 전에 수정이 가능합니다.

9 테스트기에 '임신'이 표시되었지만, 저는 주 수 표시기에 나타난 시점에 임신을 하지 않았다고 생각합니다. 이것이 가능합니까? 종종 첫 번째 소변으로 테스트하면 주 수 표시기가 93%의 정확도를 보여줍니다. 일부 의약품이나 의학적 질환이 결과에 영향을 줄 수 있습니다. 5번 질문을 참조하십시오.

10 여태 테스트했을 때 결과가 '임신'이었습니다. 다음에 다시 테스트했는데 주 수 표시기에 따르면 임신 주 수가 줄었습니다. 어떻게 해야 합니까? hCG 수치는 변화(증가)하므로 연일 테스트하면 주 수 표시기가 예상치 못한 결과를 제공할 가능성이 있습니다. 5일 후에 다시 테스트하고, 만약 주 수 표시기가 여전히 임신 주 수가 감소된 결과를 표시하면 12번 질문을 참조하십시오.

11 중년의 테스트에서 '임신'이라는 결과가 나왔으나 다시 테스트하자 '임신 아님'이 나왔거나 생리가 시작되었습니까. 이것은 무슨 의미입니까? 생리 예정일에 실시하는 임신 호르몬 검출에서 이 테스트기의 정확도는 99% 이상이지만 임신 결과를 얻고 나서 나중에 임신이 아님이 밝혀질 수도 있습니다(그 나중에 임신 아님 결과가 나오거나 생리가 시작될 수 있음). 이것은 임신 초기 단계 중의 자연 유산(초기 유산)으로 인한 것일 수 있습니다. 안타깝게도 이는 흔하지는 않지만 임신 사례 4건 중 약 1건이 초기 유산으로 끝납니다. 예상치 못한 결과를 얻었다면 담당 의사에게 조언을 구하십시오.

12 임신일 전에 테스트했을 때 '임신'이었습니다. 다시 테스트했는데 주 수 표시기에 따르면 임신 주 수가 줄었습니다. 어떻게 해야 합니까? 두 경우 모두 하루 중 첫 번째 소변을 사용하여 시점에 따라 테스트했는데 주 수 표시기에서 예상치 못한 결과가 나왔다면 담당 의사와 상담해야 합니다.

13 테스트기에 '임신 아님'이 표시되었습니다. 어떻게 해야 합니까? 임신이 아니거나 임신 호르몬의 수치가 검출 가능할 정도로 충분히 높지 않거나 사용자가 생리 예정일을 잘못 계산했을 수 있습니다.

• 테스트를 일찍 했다면 예상된 생리 기간에 다시 테스트하십시오.
• 생리 기간이 지났다면 3일 후에 다시 테스트하십시오. 그 테스트에서 '임신 아님'이라는 결과가 나온다면 아직 생리가 없다면 담당 의사와 상담하십시오.

테스트 오류

오류 기록 - 테스트 오류가 발생했습니다. 다음과 같은 이유로 그렇게 될 수 있습니다.

- 흡수식 테스트기가 계속 아래쪽을 향하게 하지 않았거나 소변을 묻힌 후 테스트기를 수평으로 두지 않았을 경우.
- 너무 많거나 너무 적은 양의 소변을 묻혔을 경우.

새 테스트 스틱을 사용하여 지침을 따르도록 주의하십시오 다시 테스트해야 합니다.

미감지 오류

테스트가 예상대로 실시되지 않았을 수 있습니다. 그 이유는 사용법을 지키지 않았기 때문일 수 있습니다. 다시 한 번 테스트를 실시해야 합니다. 사용법을 정확히 지켜 주십시오.

테스트기 폐기

테스트 스틱을 폐기하기 전에 배터리를 꺼내십시오. 배터리는 적절한 재활용 제도에 따라 폐기해야 합니다. 배터리를 꺼내려면 동전을 끝부분의 홈에 삽입하고 비틀어서 테스트 스틱의 뒷부분을 엽니다. 배터리가 보이지 않을 때는 배터리를 교체할 방향으로 밀면 배터리를 꺼내는 데 도움이 됩니다. 주의: 배터리를 분해하지 마십시오. 충전하지 마세요. 불에 노출시키지 마십시오. 스틱의 나머지 부분은 전기 장치에 관한 적절한 재활용 제도에 따라 폐기하십시오. 전기 장치를 불에 넣어 폐기하십시오.

자가 임신 테스트기, 체의 진단용으로만 사용할 수 있습니다. 체내용이 아닙니다. 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 냉장 보관한 경우에는 테스트 전에 실온에 도달할 때까지 30분간 기다리십시오. 2-30°C에서 보관하십시오. 테스트 스틱이 들어 있는 포일 포장지가 손상되었다면 사용하지 마십시오. 테스트 스틱이 사용 기한을 지났다면 사용하지 마십시오. 이 제품에는 배터리가 장착되어 있습니다. 현지 규정에 따라 폐기하십시오. 본 제품은 의욕기이며 체외진단용 시약임. 사용목적: 사람의 소변에서 hCG(human Chorionic Gonadotropin)를 면역크로마토그래피법으로 정성하여 임신 여부를 확인하는데 도움을 주는 체외진단용 의욕기이다. 품목분류 목적으로는 표시되는 제품명: 혈액 검사용 기기, 혈액검사가 아닌 소변검사입니다. 포장단위: Kit. 경고 및 주의사항: 사용설명서 참조. 사용 전에 사용자 주의사항을 반드시 확인하시기 바랍니다. 본 제품은 일회용이며 재사용을 금함. 제품 감도: 25mIU/ml(hCG). 제조번호 및 사용기한: 영문 라벨 참조.

www.clearblue.com

제품 문의 사항은 고객 지원 센터(아래 주소)로 문의하십시오.

☐ 제조의뢰자: SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD) 스위스, Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Geneva, Switzerland.
제조현: Alere (Shanghai) Diagnostics Co., Ltd. 151 Libing Rd & 3728 Jinke Rd, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai 201203, P.R. China
Clearblue는 SPD의 상표입니다. © 2019 SPD. All rights reserved. 수입자: 포티드메디칼(서울특별시 송파구 범원로 114 A호 703호(문정동, 엠스타워)). 허가번호: 수허 18-376 호